

## **Poskytnutí dodatečných informací č. VIII**

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení

Název veřejné zakázky

**„Modernizace a obnova kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem“**

evidenční číslo v ISVZUS:  
**7202011007267**

**Dotaz č. 19 (přesné znění dotazu):**

Dobry den,

rádi bychom vznesli dotaz na technický požadavek popisovaný v části 5 ZD Přístroj pro hemoelimační metody kontinuální jako: 2 samostatné vakové ohřívací systém. Vzhledem k tomu, že v tomto technologickém řešení nespátřujeme jakýkoli technický, medicínský či jiný význam, nebo výhodu pro pacienta, obsluhu přístroje aj. a takto specifikovaný ohřívací systém diskriminuje naši účast ve VŘ, vznášíme dotaz na důvod tohoto tech. požadavku ?

**Odpověď na dotaz č. 19:**

Tento systém komorového (vakového) ohřevu nám umožní odděleně ohřívat 2 typy roztoků, což povede ke snížení nákladů (časové náročnosti terapie).

S pozdravem



Bc. Lenka Leitnerová  
vedoucí odd. veřejných zakázek

 **Vaharina**

Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00  
IČ: 27625745 DIČ: CZ27625745 ③

V Ústí nad Labem dne 3. dubna 2012

v.z. Jitka Kondrlová  
Zákaznické centrum  
VAHARINA a.s.  
Vaníčkova 1318/25  
400 01 Ústí nad Labem  
e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz  
tel: +420 475 209 308