

Poskytnutí dodatečných informací č. I

dodavatelem vůči zadavateli a zadavatelem vůči dodavatelům, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či Evropské komisi

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení

Název veřejné zakázky
„Modernizace a obnova kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem“

evidenční číslo v ISVZUS:
7202011007267

Dotaz č. 1 (přesné znění dotazu):

V zadávací dokumentaci v *Technické specifikaci pro část 1.10 Intrakardiální echokardiograf*, je požadována „kompatibilita s katetry *St.Jude Medical ViewFlex Plus* velikosti 8-10F, frekvenční rozsah 4,5 – 8,5 MHz“.

Dotaz č. 1:

Je tato podmínka absolutní nebo jsou taktéž akceptovány katetry – fázové sondy ACUNAV 8 resp. 10F od výrobce Biosense Webster v ČR distribuované firmou Johnson&Johnson ? Tyto katetry jsou v ČR běžnější, nadto schopnost přístroje spolupracovat s katetry ACUNAV otevírá automaticky kompatibilitu s katetry Sound Star 3D integrovanými se systémem intrakardiální navigace CARTO.

Odpověď na dotaz č. 1:

Požadujeme kompatibilitu s jakýmkoliv katetrem, včetně druhu, který je v dotazu uváděn. V souvislosti s odpovědí na tento dotaz došlo ke změně zadávacích podmínek, a to tak, že příslušná specifikace pro část 1.10 Intrakardiální echokardiograf byla vypuštěna.

Dotaz č. 2 (přesné znění dotazu):**DOTAZ**

Podle zadávací dokumentace, kapitoly 6.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona je k prokázání ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona nezbytné předložit pojistnou smlouvu.

Splní uchazeč výše uvedený kvalifikační předpoklad, předloží-li Certifikát k pojistné smlouvě, ve kterém budou uvedeny všechny potřebné údaje?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, ale musí se jednat o Certifikát vydaný příslušnou pojišťovnou.

Dotaz č. 3 (přesné znění dotazu):

Zadavatel uvádí v ČÁSTI 2 – Technická specifikace - „1.1. Angiografická linka (Obrazová část a software) že „preferuje“ velkoplošný barevný plochý monitor o úhlopříčce 56“ (142) s rozlišením 8 Mpx.....

Je pro zadavatele akceptovatelné dodání jiného řešení (medicínsko – technicky obdobné a srovnatelné), než preferovaná varianta jednoho 56“ monitoru? Např. sestava více monitorů instalovaných na společném podélně pojízdném, natáčejícím výškově stavitelném stropním závěsu.

Odpověď na dotaz č. 3:

Na variantě velkoplošného 56“ monitoru trváme, zdůvodnění tohoto požadavku bylo schváleno i MZ.

Dotaz č. 4 (přesné znění dotazu):

Zadavatel vyžaduje v ČÁSTI 2 – Technická specifikace - „1.1. Angiografická linka(Zařízení pro monitorování fyziologických funkcí pacienta a invazivní hemodynamika)“ barevný monitor s úhlopříčkou min. 19“ ve vyšetřovně na stropním stativu.

Je zadavatelem vyžadován tento monitor (na stropním stativu ve vyšetřovně) i v případě, že bude nabídnuta preferovaná varianta 56“ monitoru ve vyšetřovně? Resp. bude akceptována možnost zobrazení na velkoplošném monitoru?

Odpověď na dotaz č. 4:

Pokud nám bude nabídnuta preferovaná varianta 56“ monitoru nepožadujeme zvlášť monitor pro monitorování fyziol. funkcí pac. a invazivní hemodynamiky ve vyšetřovně, bude akceptována možnost zobrazení parametrů na velkoplošném monitoru.

Dotaz č. 5 (přesné znění dotazu):

Zadavatel uvádí v ČÁSTI 2 – Technická specifikace - „ 1.1. Angiografická linka (Záložní zdroj) uvádí , že pro případ výpadku sítě pro možnost ukončení provozu angiografického kompletu a zachování dat (dojezd do parkovací plochy C- ramene, funkční obrazový počítač).

Je myšleno možností ukončit provoz i schopnost angiografického systému provádět skiaskopické rtg. akvizice např. pro bezpečné vytažení nástrojů (např. katetrů) zavedených do těla pacienta?

Odpověď na dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na záložní zdroj: „Pro případ výpadku sítě možnost pokračování provozu angiografického kompletu (pohyby C-ramene, funkční obrazový počítač). Toto je dostačující požadavek, nepožadujeme zajištění přívodu energie pro skiaskopické rtg akvizice.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek


S ohledem na výše uvedené dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o 10 kalendářních dnů, tj. do 10. 4. 2012 do 10:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 12. 4. 2012 v 10:00 hod.

Oznámení o zakázce bude opraveno prostřednictvím opravného formuláře a budou zde tyto změny zapracovány.

S pozdravem

VAHARINA a.s.

Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00
IČ: 27625745 DIČ: CZ27625745 ①



Bc. Lenka Leitnerová
vedoucí odd. veřejných zakázek
Zákaznické centrum
VAHARINA a.s.
Vaníčkova 1318/25
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: l.leitnerova@vaharina.cz
tel: +420 475 209 308

V Ústí nad Labem dne 21. 2. 2012